

カメラキャリブレーション証明書

平成〇〇年〇月〇日

〇〇県△△市□□1-1-1

株式会社××

測量 太郎 殿

東京都文京区小石川一丁目3番4号

社団法人 日本測量協会

会長 ○ ○ ○ ○

下記機種に対するカメラキャリブレーションが適正に行われたことを証明いたします。

記

- 機種：〇〇〇〇
- 解析年月日：平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日
- 解析者：GIS 研究所 ○〇〇〇
- キャリブレーションパラメータ

焦点距離	$f(\text{mm})$	18.0078
主点位置のズレ	$x_p(\text{mm})$	0.3363
	$y_p(\text{mm})$	0.2880
放射方向歪み	k_1	-2.363E-05
	k_2	8.373E-06
	k_3	-2.140E-07
接線方向歪み	p_1	9.031E-05
	p_2	1.353E-05

以上